

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市眼科医院
拟采购产品名称	前节眼科手术显微镜、后节眼科手术显微镜、视觉质量分析仪
拟采购产品金额	390 万元
采购项目所属项目名称	安阳市眼科医院手术显微镜、视觉质量分析仪项目
采购项目所属项目金额	390 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述:	
一、眼科手术显微镜	
我院患者持续性增长，年手术量超万台，现有设备已无法满足手术患者需求，根据临床需求，申请购置眼前节显微镜、眼后节显微镜各一台，为了保证患者手术安全，所需设备主光路为独立四光路设计，采用复消色差光学系统，具有助手可独立调焦，双光源立体照明系统等功能。	
2 复消色差透镜让图像更为的清晰，比单纯相应倍率的消色差物镜有更大的数值孔径，分辨率高，成像质量更清晰。	
3. 显微镜搭载非接触广角镜实现更广的观察角度，同时避免了在使用传统接触镜时缝线、切口的影响，有效地保护患者角膜，优化手术流程，	
进口显微镜具有高清晰度、高放大倍率、精准对焦和灯光调节等功能，能够提供医生在手术过程中所需的清晰视野和精准操作，目前国产眼科手术显微镜双光束主照明，达不到全方位立体照明，单纯相应倍率的消色像差，分辨率成像质量等功能低于进口设备。	
二、视觉质量分析仪	

视觉质量分析仪用于健康人群、干眼患者、白内障手术、角膜屈光手术、准分子手术等术前术后的视觉质量分析评估和风险评估，为提高诊疗精度，降低医疗风险，满足医疗、教学、科研的需要，要求设备需满足波前像差测量点 ≥ 2520 点，显示 ≥ 8 阶波前像差，显示 ≥ 45 项数据，辅助选择非球晶体/ 术后晶体倾斜像差分析 / 晶体高阶像差分析等功能。国产设备精度不能满足我院需求。

三、专家论证意见

进口显微镜在图像清晰度、放大倍率、精度对值方面
具有明显优势，且不在我国禁止进口设备目录内，因此

建议允许采购进口产品

视觉分析仪在波前像差测量方面具有明显优势且不在禁止
专家签字 采进口目录内 建议允许采购进口产品

周志远

2025年6月19日