

网上支付

物理学院、中原之光实验室政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学物理学院、中原之光实验室碳基半导体生长镀膜测试采购项目

资金来源：人才学科经费 合同金额：164.8万元

中标供应商：河南久晤仪器设备有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：朱路、葛铁柱

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2024年12月6日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“财招标采购-2024-1099”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由物理学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

文本资料性能测试部分图片不清晰。

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行整改，待整改结束后，本合同的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人： 张永

采购单位主管领导： 李博

采购单位监督人： 张瑞芳

采购单位盖章

验收工作组签名：

葛铁柱 朱路 马双林 张瑞芳
丁磊 赵瑞芳

中标供应商项目负责人： 张永

2024年12月6日

物理学院、中原之光实验室碳基半导体生长镀膜 测试采购项目整改情况报告

由各部门领导和专家组成的验收小组于2024年12月6日下午对采购项目：郑州大学物理学院、中原之光实验室碳基半导体生长镀膜测试采购项目，采购编号：豫财招标采购-2024-1099进行了现场验收，现场验收中发现文本资料对部分设备性能测试描述的图片照片存在拍摄不清晰，标注不明显等情况，依据此专家建议设备性能测试报告重新制作，具备清晰，清楚的特点。

针对以上问题，供应商：河南久暗仪器设备有限公司深刻认识到问题的严重性，7号和8号积极对专家组提出的问题进行了整改，具体措施为：放大参数照片，由原来的占1/4纸张提高到100%，并且对于关键参数进行了画圈标注，提高辨识度，还有彩色打印性能测试报告，突出各个曲线之间的关系，提高各个参数的辨识度和清晰度。后附整改后的设备性能测试报告。

最终经历修改后的性能测试报告符合清楚清晰的特点，能够快速的找出描述的关键参数，有利于归档存档。详见附件

供应商承诺设备质保期为三年，如有问题，中标方愿意承担一切责任，特此说明。

专家签字：

郭继柱 李浩

项目负责人：

张左

项目单位：



供应商：

河南久暗仪器设备有限公司



2024年12月9号