



专家二论证 意见	采购人所采购的数字减影血管造影机球管，需与医院现有GE DSA相匹配。由于要求软硬件兼容，不同设备之间无法相互匹配。GE球管是河南铂欧商贸有限公司唯一授权经销商，同意单一来源采购。 日期：2025 年 07 月 02 日 专家签字：  工作单位： 郑州人民医院
专家三论证 意见	采购方 采购的 DSA (数字减影血管造影机)球管需与医院现有的 DSA 设备相匹配。DSA对球管有严格的精准性和匹配性要求较高，要求软硬件兼容，院方现有设备是GE原厂生产，其他品牌无法替代。 同意采用单一来源方式采购。 日期：2025 年 07 月 02 日 专家签字：  工作单位： 郑州市骨科医院