



洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会麻醉类 采购项目

招 标 文 件

招 标 编 号:洛采公开-2025-34 、洛直政采招标(2025)0057 号

采购人:洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会

牵头单位名称:洛阳市妇幼保健院

采购代理机构:河南招标采购服务有限公司

二零二五年四月

目 录

第一章 洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会麻醉类采购项目招标公告	10
一、项目基本情况	10
1、项目编号：洛采公开-2025-34	10
5、采购需求：	10
二、申请人的资格要求：	11
三、获取招标文件	11
4. 售价：0 元（只可填数字）	12
四、投标截止时间及地点	12
五、开标时间及地点	12
六、发布公告的媒介及招标公告期限	12
七、其他补充事宜	13
八、联系方式	13
1. 采购人信息	13
2. 采购代理机构信息（如有）	13
3. 项目联系方式	13
4. 监管部门、联系人和联系方式：	14
第二章 投标人须知	15
信用承诺函格式：	24
1、总则	26
1.1 招标项目概况	26
1.2 招标项目的资金来源及付款方式	27
1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务	27
1.4 投标人资格要求	27

1.5 费用承担	28
1.6 保密	28
1.7 语言文字	28
1.8 计量单位	28
1.9 投标预备会	29
1.10 分包	29
1.11 响应和偏差	29
2、招标文件	30
2.1 招标文件的组成	30
2.2 招标文件的澄清	30
3、投标文件	31
3.1 投标文件的组成	31
3.2 投标报价	31
3.3 投标有效期	31
3.4 资格审查资料	31
3.5 备选投标方案	32
3.6 投标文件的制作	32
4、投标	33
4.1 投标文件的密封和标记	33
4.2 投标文件的提交	33
4.3 投标文件的修改与撤回	33
5、开标	34
5.1 开标时间和地点	34
5.2 开标规定	34
5.3 开标疑义	34
6、资格审查与评标	34
6.1 资格审查与评标原则	34

7、定标及合同授予	35
7.1 定标	35
7.2 中标结果	35
7.3 中标通知	36
7.4 履约保证金	36
本项目免收履约保证金	36
7.5 签订合同	36
8、纪律和监督	36
8.1 对采购人的纪律要求	36
8.2 对投标人的纪律要求	37
8.3 对评标委员会成员的纪律要求	37
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	38
8.5 质疑和投诉	38
9、样品	39
10、相同品牌产品投标的处理	39
11、需要补充的其他内容	39
12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购	39
12.3 谈判的主要程序	39
1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。	41
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。	41
采购代理服务费承诺函	42
第三章 采购需求	43
一、项目概况	43
第一条 合同文件	63
第二条 合同标的	63
第三条 合同总金额	63

第四条 权利和质量保证	64
第五条 付款方式	64
1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。	64
第六条 交货和验收	65
6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》，具体可见附件《货物类项目验收报告》。	66
第七条 项目管理服务	66
第八条 售后服务	67
第九条 分包	67
第十条 合同的生效	68
第十一条 违约责任	68
第十二条 不可抗力	68
第十三条 争议的解决方式	69
3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：	69
第十四条 其他	69
第五章 资格审查与评审办法	75
1、评审方法	75
2、评审标准	75
2.1 资格性审查与符合性审查标准	75
2.2 分值构成与评分标准	75
3、评审程序	75
3.1 资格性审查与符合性审查	75
3.2 详细评审	76
3.3 投标文件的澄清	76
3.4 评审结果	76
4、评分标准说明	76
4.1 关于价格扣除和评审报价的说明	76

第六章	资格审查与评审标准	78
第七章	投标文件格式	83
附件 1:	投标函	85
附件 2:	法定代表人授权书	87
附件 3:	法人被授权人身份证扫描件	88
附件 4:	资格证明材料	89
附件 5:	开标一览表	92
附件 6:	报价明细表	93
附件 6-1:	中小微企业声明函	94
附件 6-2:	残疾人福利性单位声明函	96
附件 6-3:	监狱企业证明文件	97
附件 7:	技术要求响应与偏差表	98
附件 8:	商务要求响应与偏差表	99
附件 9:	实质性技术要求的支持资料	100
附件 10:	项目实施方案	101
附件 11:	其他需要提供的资料	102
附件 12:	参与评审打分的证书（证件）一览表	103
附件 12-1:	参与评审打分的证书（证件）扫描件	104
附件 13:	参与评审打分的合同业绩一览表	105
附件 13-1:	参与评审打分的合同业绩扫描件	106
附件 14:	其他材料	107

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会麻醉类采购项目		
项目代码	无		
标段名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会麻醉类采购项目		
招标人	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会（采购人）、洛阳市妇幼保健院（牵头单位）	联系人及联系电话	牛先生 0379-63296908
代理机构	河南招标采购服务有限公司	联系人及联系电话	任双豆 0379-62903131
序号	条款内容		审查结果
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向）。		☒ 有 ☐ 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。		☐ 有 ☒ 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		☐ 有 ☒ 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。		☐ 有 ☒ 无
5	设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		☐ 有 ☒ 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。		☐ 有 ☒ 无
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。		☐ 有 ☒ 无

8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。	☐ 有 ☒ 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	☐ 有 ☒ 无
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	☐ 有 ☒ 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	☐ 有 ☒ 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	☐ 有 ☒ 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	☐ 有 ☒ 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	☐ 有 ☒ 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	☐ 有 ☒ 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	☐ 有 ☒ 无
17	就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	☐ 有 ☒ 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	☐ 有 ☒ 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	☐ 有 ☒ 无
20	其他不合理限制和壁垒。	☐ 有 ☒ 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	☐ 是 ☒ 否

审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。



代理机构：（单位签章）
2025 年 月 日



招标人：（单位签章）
2025 年 2 月 28 日



第一章 洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会麻醉类采购项目招标公告

项目概况

洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会麻醉类采购项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）获取招标文件，并于 2025 年 5 月 14 日 09 点 05 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：洛采公开-2025-34
- 2、项目名称：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会麻醉类采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：7630000.00 元

最高限价（如有）：7630000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	01	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 麻醉类采购项目 1 包	4000000.00	4000000.00
2	02	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 麻醉类采购项目 2 包	3030000.00	3030000.00
3	03	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 麻醉类采购项目 3 包	600000.00	600000.00

5、采购需求：

5.1 资金来源：财政资金+自筹资金

5.2 采购内容：本次招标共 3 个包，1 包：麻醉工作站（1）2 台、麻醉机 2 台、麻醉工作站（2）1 台；2 包：麻醉工作站（1）1 台、麻醉机（1）2 台、麻醉工作站（2）1 台、麻醉机（2）1 台、麻醉机（3）6 台；3 包：麻醉机 2 台，具体内容详见附件。

5.3 质量要求：符合国家相关行业规定

5.4 质保期：自设备验收合格之日起整机质保不少于 3 年

5.5 交货地点：采购人指定的地点

5.6 交货期：合同签订后 30 天内安装调试完毕

6、合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 投标人应具有独立承担民事责任能力, 具有有效的营业执照或事业单位法人证书;

3.2 投标人为代理商时, 应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证并具有相应的经营范围(从事一类医疗器械经营活动的除外); 投标人为境内生产企业时, 应具有医疗器械生产许可证(从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证)(投标人须提供上述证明材料的原件扫描件, 并加盖投标人公章);

3.3 所投产品须符合中华人民共和国国务院令 第 739 号《医疗器械监督管理条例》相关规定, 应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证(二类三类所投产品必须提供有效期内的医疗器械注册证)(投标人须提供上述证明材料的扫描件, 并加盖厂家和投标人公章);

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动(投标人自行承诺, 格式自拟)。

3.5 根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》(洛财购【2021】11 号), 在政府采购活动中, 投标人须提供满足相应条件的书面承诺书, 以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺。(投标文件中须附《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》, 格式见第七章投标文件格式)。

注: 采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。

3.6 本项目不接受联合体投标。

3.7 本次招标实行资格后审, 资格后审不合格的投标人的投标文件将按无效标处理。

三、获取招标文件

1. 时间: 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 29 日 00:00 至 23:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日)。

地点: 洛阳市公共资源交易中心网站 (www.lyggzyjy.cn)

方式: 1) 本次招标(采购)文件在网上获取, 请登录洛阳市公共资源交易中心网站 (www.lyggzyjy.cn), 点击“交易登录”进入“洛阳市电子招投标交易平台”进行用户注册, 并办理 CA 数字证书。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—办事流程—主体注册 CA 办理。

2) 办理数字证书后, 请于 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 29 日, 登录洛阳市公共资源交易网站, 点击“交易登录”, 选择“证书 Key”方式登录, 进入后选择“投标人登录”, 在“政府采购业务”内免费下载招标(采购)文件。如投多个标段(包), 则应就所投每个标段(包)分别下载获取。联合体投标的, 由联合体牵头人完成招标(采购)文件下载。

获取招标(采购)文件后, 请到洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—下载中心栏目下载并安装最新版本投标文件制作工具, 查看招标(采购)文件和制作电子投标(响应)文件。

4. 售价: 0 元(只可填数字)

四、投标截止时间及地点

1. 时间: 2025 年 5 月 14 日 09 点 05 分(北京时间)

2. 地点: 洛阳市公共资源交易中心开标室。

3. 投标人应在投标截止时间前, 通过互联网使用 CA 数字证书登录洛阳市公共资源交易中心网站, 将加密的投标文件上传至“洛阳市电子招投标交易平台”指定位置, 上传成功后将得到上传成功的确认。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素, 未在投标截止时间前完成上传的, 视为逾期送达, 洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

4. 本项目采用远程不见面交易的模式, 开标当日, 投标人无需到开标现场参加开标会议, 投标人应当在投标截止时间前, 登录到洛阳市电子招投标交易平台(<http://www.lyggzyjy.cn/TPBidder>), 点击右上方【不见面开标大厅】按钮进入, 在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册-《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册(投标人)》。

5、除电子投标文件外, 投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理。

五、开标时间及地点

1. 时间: 2025 年 5 月 14 日 09 点 05 分(北京时间)

2. 地点: 洛阳市公共资源交易中心开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网站》《中国招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目需要落实的政府采购政策

- 1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]；
- 2、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
- 3、执行《三部部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
- 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（投标人），拒绝参与本项目的投标；【查询渠道：
（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；
5. 洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（洛财购【2022】6号）；
6. 执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；
7. 本次采购代理服务费依据参照招标代理费依据计价格【2002】1980号文和发改办价格【2003】857号文标准48%计取。

八、联系方式

1. 采购人信息

采购人名称：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会

牵头单位名称：洛阳市妇幼保健院

地址：洛阳市洛龙区通衢路206号

联系人：牛先生

联系方式：0379-63296908

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：洛阳市滨河南路与学子街交叉口天汇中心1802室

联系人：任双豆

联系方式：0379-62903131 15896535783

3. 项目联系方式

联系人：任双豆

联系方式：0379-62903131 15896535783

4. 监管部门、联系人和联系方式:

监管部门: 洛阳市财政局

监管部门联系人: 洛阳市政府采购监督管理科

监管部门联系方式: 0379-63221264

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	名 称	内 容
1.1.2	采购人	采购人名称：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 牵头单位名称：洛阳市妇幼保健院 地址：洛阳市洛龙区通衢路 206 号 联系人：牛先生 联系方式：0379-63296908
1.1.3	采购代理机构	名称：河南招标采购服务有限公司 地 址：洛阳市滨河南路与学子街交叉口天汇中心 1802 室 联系人：任双豆 联系方式：0379-62903131 15896535783
1.1.4	招标项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会麻醉类采购项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	本项目支持中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。
1.1.6	强制采购节能产品	/
1.1.7	政府采购管理部门备案编号	洛采公开-2025-34
1.1.8	招标编号	洛直政采招标(2025)0057 号
1.1.9	包划分	本次招标共 3 个包
1.1.10	是否接受进口产品	否
1.2.1	资金来源	财政资金+自筹资金
1.2.2	付款方式	由采购人付款。自筹资金：合同签订后货到安装验收合格后付合同总价款的 70%，半年后付合同总价款的 20%，剩余 10% 设备款于质保期后一个月内一次性付清（不计利息）。财政资金：合同签订后货到安装验收合格后付合同总价款的 100%
1.3.1	交货期	合同签订后 30 天内安装调试完毕
1.3.2	交货地点	采购人指定地点。

1.3.3	履约验收	采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。
1.3.4	质保期及售后服务	质保期：自设备验收合格之日起整机质保不少于 3 年 售后服务：1、提供所投产品制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。 2、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。 （2）现场响应。货物调试完成后，中标人应继续向采购人提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对采购人所反映的任何问题在 0.5 小时之内做出及时响应，在 4 小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 2 工作日后仍无法解决，中标人应在 3 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。 （3）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。 3、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。 （2）应以优惠价格继续提供售后服务。 4、采购人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。投标人不得在此情况下对投标文件做出修改，如单价、交货期、售后服务等。
1.4.1	投标人资格要求	详见招标公告

1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	(1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性; (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人; (3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系; (4) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务; (5) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人; (6) 被“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(以开标后进行资格审查时查询结果为准,查询结果截图保存); (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚; (8) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (9) 被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体; (10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.9.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开
1.9.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间: / 形式: /
1.10.1	分包	☒ 不允许
1.11.1	实质性要求和条件	交货期 付款方式 质保期及售后服务 交货地点 其他: /
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/

1.11.4	偏差	☐ 不允许 ☒ 允许
2.1	构成招标文件的其他资料	招标文件的补遗、澄清、修改等
2.2.1	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出。 形式：在洛阳市公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版（附加盖企业公章的扫描件和可编辑的 Word 电子版）上传。
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	招标文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网站》《中国招标投标公共服务平台》上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.4	控制金额	总控制价为：7630000.00 元，其中 1 包：4000000.00 元；2 包：3030000.00 元；3 包：600000.00 元。投标人投标报价（含第三章采购需求中的单价）超过本控制价的，其投标将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。 其他：/
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。
3.3.2	投标保证金	本项目不需要缴纳投标保证金，投标人须提供采购代理服务承诺函。（采购代理服务费承诺函格式详见第二章附件）
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	☒ 无 ☐ 有

3.6.1	是否允许提交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告。
4.2.2	提交投标文件地点	见第一章招标公告。
4.2.3	投标文件份数及其他要求	本项目实行全流程电子化交易，不接受纸质投标文件。电子投标文件 1 份。在投标截止时间前通过洛阳市公共资源交易中心（ http://www.lyggzyjy.cn ）在线完成上传。
4.2.5	投标文件上传问题联系方式	投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	投标文件是否退还	不退还。
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点
5.3	开标疑义	现场提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人 其中采购人代表 <u>2</u> 人，专家 <u>5</u> 人。评标专家从河南省政府采购库中进行抽取
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	<u>3</u> 名
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	☒ 是 ☐ 否
7.1.2	定标原则	评标委员会根据评标排列顺序各包确定前三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。
7.2	中标结果公布媒介及期限	公布媒介：《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网站》《中国招标投标公共服务平台》上公布。 公告期限：1 个工作日
7.4.1	履约保证金	本项目不需要交纳履约保证金
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交或网络递交；应按照投标人须知前附表第 11 条规定要求，网络递交的应在洛阳市公共资源交易平台上进行递交，同时将问题的电子版（附加盖投标人公章的扫描件和可编辑的 Word 电子版）上传；当面递交的因情况

		特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和投标人须知前附表。
9	样品	☒ 否 ☐ 是
10	本项目核心产品为	1 包：麻醉工作站(1)；2 包：麻醉机(3)；3 包：麻醉机；
11	相同品牌产品投标的处理	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
12	需要补充的其他内容	(1) 监督部门及电话：洛阳市财政局政府采购监督管理科 监督电话：0379-63221264 (2) 特 别 提 醒： 鉴于目前洛阳市公共资源交易中心开标评标系统的要求，请各投标人务必将投标文件中的所有资格材料上传至“投标文件-资格证明材料”中。开标后在采购人或采购代理机构审查投标文件的资格情况时，仅能查阅投标文件中的“资格证明材料”，若投标人的资格证明材料中缺失相关材料或没有相关资格材料，将视为不符合招标文件资格要求。
13	招标代理费	本次采购代理服务费用依据参照招标代理费依据计价格【2002】1980 号文和发改办价格【2003】857 号文标准 48% 向中标投标人收取中标服务费。
15	标的物所属行业	本次采购标的物所属行业对应的中小企业划分标准所属行业为：工业
16	洛阳市政府采购合同融资政策告知函	各投标人： 欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！ 政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投

		标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购【2021】4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。
17	信用承诺	根据洛财购[2021]11号文件要求，现对政府采购资格审查环节采用信用承诺制。 （一）在政府采购活动中，投标人只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： 1. 符合国家相关规定的财务状况报告； 2. 依法缴纳税收的证明材料； 3. 依法缴纳社会保障资金的证明材料； 4. 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 5. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 6. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 投标人在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见投标文件格式），无需再提交上述证明材料。 “采购人有权在签订合同前要求中标投标人提供相关证明材料以核实中标投标人承诺事项的真实性。”
18	不适用信用承诺的情形	（一）投标人被列入严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期

		内； （三）曾作出采购虚假承诺； （四）其他法律、行政法规、行政规章或者各级政策文件规定的不适用信用承诺的情形。
19	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
20	综合标暗标格式	本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见： https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html 本项目综合标采用“暗标”评审，投标人编制的综合标应满足以下要求： （1）签章要求：不允许出现投标人名称，不得对暗标部分进行电子签章。 （2）排版要求：全文采用 A4 大小，不允许插入空白页，页边距均为 2.5 厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值 28 磅，段前段后间距为 0。 （3）标题编号要求：标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号，编号格式为： 一级为“一、”、“二、”……， 二级为“（一）”、“（二）”……， 三级为“1.”、“2.”……， 四级为“（1）”、“（2）”……，

		五级为“1)”、“2)”……， 六级为“a.”、“b.”……， 七级为“a)”、“b)”……。 (4) 图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。 宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线； (5) 内容中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。 (6) 不得插入图片（招标文件要求有图片除外）。 注：投标文件中暗标部分不符合要求的，其暗标部分整体得零分
--	--	--

信用承诺函格式:

洛阳市政府采购投标人信用承诺函

致 （采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见投标人须知前附表。

（1）如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可投进口产品，也可投国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

（2）根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次招标强制采购的节能产品：见投标人须知前附表。投标人所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其投标将被否决。

1.1.7 政府采购管理部门备案编号：见投标人须知前附表。

1.1.8 招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.9 包划分：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 交货期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3 履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期及售后服务：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；
- (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (9) 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；
- (10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或评审办法中要求的或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求
- (4) 合同（样本）
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件格式（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其投标文件。

3.4 资格审查资料

3.4.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.4.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

3.5 备选投标方案

3.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.5.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.6 投标文件的制作

3.6.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.6.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.6.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。

3.6.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.6.5 投标文件所附证明材料均为扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：见投标人须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.2 开标规定

本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为 <http://t.cn/A6huPR0a>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》

5.3 开标疑义

投标人对开标有疑义的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

6、资格审查与评标

6.1 资格审查与评标原则

6.1.1 资格审查小组由采购人代表或其委托的代理机构在项目开标室进行。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2 资格审查与评标

6.2.1 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2.2 资格审查小组按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.2.3 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.2.4 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表规定的定标原则确定中标人。

7.2 中标结果

根据《洛阳市财政局关于进一步规范政府采购项目计划备案和合同备案的通知》第四项评标结束当天在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，并发出电子中标通知书。发出通知一个工作日内通过洛阳市公共资源交易系统进行在线签订合同，签订合同当日完成财政备案。

。

7.3 中标通知

《中标通知书》由采购代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向中标人发出，同时将中标结果通知未中标的投标人。《中标通知书》由中标人和采购人自行下载、打印，并对中标人和采购人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

本项目免收履约保证金

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起1个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失中标人应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件；若采购人拒签合同给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

- 8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- 8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；
- 8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
- 8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义投标；

8.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

12.1 本项目（包）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

12.2 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。投标人的原投标文件转为谈判投标文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投标人（以下称为投标人）进行评审打分，并按下述程序确定成交投标人。

12.3 谈判的主要程序

12.3.1 谈判小组对投标人的投标文件进行评审。未实质性响应谈判文件的投标文件按无效处理。

12.3.2 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。

12.3.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。

12.3.4 投标人按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交投标文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3.5 谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的投标人在规定时间内提交最后报价。

12.3.6 最后报价是投标人投标文件的有效组成部分。

12.3.7 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：
地址： 邮编：
联系人： 联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：
质疑项目的编号： 包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：
事实依据：
.....
法律依据：
.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：
日期：

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

采购代理服务费用承诺函

致（采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称： ， 采购代理编号： ）采购活动中若为成交投标人，我们保证在成交公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

第三章 采购需求

一、项目概况

本次招标项目为洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会麻醉类采购项目，共 3 个包。

设备名称	包号	数量	预算单价 (万元)	资金来源
麻醉工作站(1)	1	2	135	财政资金
麻醉机		2	45	财政资金
麻醉工作站（2）		1	40	财政资金
麻醉工作站（1）	2	1	48	自筹资金
麻醉机（1）		2	20	自筹资金
麻醉工作站(2)		1	45	自筹资金
麻醉机（2）		1	20	自筹资金
麻醉机（3）		6	25	自筹资金
麻醉机	3	2	30	自筹资金

二、技术参数

1 包:

麻醉工作站(1)

一、基本配置:

1.1 麻醉工作站包含：麻醉机、监护仪、输注泵站及连接模块

1.2 麻醉机配置：高频通气模式；气动电控呼吸机；全电子流量计；麻醉气体监测功能；压差式流量传感器；

1.3 监护仪配置：心电；血氧；无创血压；双有创血压；双通道体温；麻醉状态指示；肌松监测模块；麻醉深度监测模块

1.4 输注泵站配置：TCI 靶控功能；注射泵 3 台，输液泵 1 台

二、参数要求:

总体要求:

1. 工作站包含麻醉机、麻醉监护仪、输注泵站等，其中至少两个产品须为同一品牌。

2. 通过设备集成模块,把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上,可显示参数、报警等信息。(提供截图证明)

技术参数:

(一) 麻醉机

1. 至少适用于成人、小儿、新生儿麻醉手术使用(提供注册证证明);
2. 主机辅助电源接口 ≥ 3 个,具备LAN接口、RS-232接口、视频信号接口、USB接口。
3. 具备中央刹车系统,带工作台侧栏杆推车。
4. ★ ≥ 18 英寸彩色电容触摸屏,同屏幕 ≥ 4 通道波形显示,非内嵌式屏幕,可360度旋转,俯仰角度可调节。
5. 插件槽 ≥ 2 个,插件可在同系列监护仪和麻醉机之间通用
6. 标配笑气、氧气、空气三气源。
7. 具备氧笑联动系统,保证接入氧气和笑气时氧浓度 $\geq 25\%$
8. 快速充氧范围 25 - 75 L/min
9. ★具备全电子流量计及备用流量计: 直接设置氧浓度和总流量
10. 具备适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具,可选配麻药消耗速度显示和总消耗量统计
11. 具备新鲜气体流量暂停功能
12. ★具备辅助吸氧流量计,配备高流量给氧功能: 流量范围 2-75 L/min,氧浓度设置范围 21~100%
13. 标配双麻醉罐位
14. ★标配一个七氟醚挥发罐,挥发罐和主机同品牌。(提供证明材料)
15. 可选配地氟醚挥发罐;
16. 一体化集成回路,具有整体加温功能,回路部件可以耐受 134℃高温高压消毒。标配 CO₂ 旁路功能,在机械通气过程中,更换钠石灰罐无需关停。
17. ★具备双流量传感器,主机流量传感器 ≥ 3 个
18. 具有回路整体加温功能,保证回路不受积水影响,保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体
19. ★呼吸机: 气动电控
20. 标配通气模式: VCV、PCV、压力控制容量保证通气(PCV-VG)和 SIMV (SIMV-VC、SIMV-PC)、PS、喷射通气功能模式
21. 支持常频和高频双频调节及共享通气功能
22. 潮气量设置范围: 5ml-1500 ml
23. 吸气压力设置范围: 3-80 cmH₂O,支持压力: 0, 3cmH₂O~60 cmH₂O,呼吸频率: 2-100 次/分钟,

吸呼比: 4:1 到 1:10, 压力限制范围: 10-100 cmH₂O, 电子 PEEP, 显示屏设置, 范围: OFF, 2-50 cmH₂O,

吸气暂停: OFF, 5%-60% , 呼吸机吸气阀峰值流速: ≥ 180 L/min

24. 肺保护工具: 支持单周期和多周期复张手法, 支持定时膨肺功能

25. 具备三级声光报警功能, 有独立红黄报警灯显示

26. ★具备: AG 麻醉气体模块, 可识别 5 种麻醉气体, 支持同时监测 2 种麻醉气

27. 配备麻醉趋势图功能, 可显示未来 10 分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势

28. 图示化自检, 系统自检失败时给予文字和图示提醒可能出错的原因

29. 可连接同一品牌输注泵, 同屏显示并调节输注泵设置参数, 可基于药代药效模型计算吸入麻药和静脉麻药的综合药效

(二) 高端麻醉监护仪参数

1. 插件式监护仪, 参数为模块化设计, 即插即用; 且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽 ≥ 6 个;

2. ★主机: ≥ 18 英寸彩色触摸控制显示器, 支持手势操作, 具备亮度自动调节功能。

3. 基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移, 插入监护仪操作插槽作为主机模块, 具有独立操作显示屏, 屏幕尺寸 ≥ 5.5 英寸, 内置锂电池供电 ≥ 4 小时, 无风扇设计。

4. 基本模块监测参数至少包含: ECG、SP0₂、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。

5. 具有 ≥ 23 种连续心律失常分析种类算法。

6. 有创动脉压力可监测 PPV 测量并显示, 至少支持颅内压及脑灌注压监测。

7. 标配麻醉深度 BIS、肌松 NMT 模块

9. 麻醉工作站可全面监测病人生命体征, 通过连接模块提取麻醉机信息在监护仪上显示操作

10. 监护仪通过支臂连接在麻醉机一侧

11. 免费无缝连接入医院信息系统

(三) 输注泵站 (输液信息采集系统+注射泵+输液泵)

1. 模块化设计, 配置 ≥ 3 通道注射泵, ≥ 1 通道输液泵

2. 输液信息采集系统可支持 ≥ 14 通道, 泵即插即用

3. ★注射泵具备 TCI 功能

4. 输液信息采集系统只需一根电源线, 可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

5. ★输液泵具备输血功能

6. 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能, 满足用户的连续输液功能需求

7. 可通过有线网络与主流品牌监护仪接入信息控制系统，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

麻醉机

一、基本配置:

麻醉机配置

电子流量计；麻醉气体监测功能；流量传感器；备用电池；七氟醚挥发罐

二、参数要求:

技术参数:

(一) 麻醉机

1. 适用于成人、儿童、新生儿（注册证适用范围为证明）。
2. 全自动自检具备
3. 备用手动通气模式，在保留新鲜气体和持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。
4. 机器使用年限 ≥ 10 年，提供机器出厂标签照片证明。
5. 内置后备电池。
6. 电子流量计，每种新鲜气体分别有独立的显示；
7. 新鲜气体流量的设置范围：0.2 - 12L/min。
8. 电动电控式呼吸机或气动电控式呼吸机；
9. 麻醉安全：在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气中的气体，呼吸机继续进行机械通气。
10. 基础通气模式：手动、自主、VC-CMV、PC-CMV、待机、暂停模式；
11. 通气模式：VC - SIMV、VC-SIMV / PS、PC - SIMV、PC-SIMV / PS、PCV-VG、CPAP / PSV；
12. 心脏旁路模式：使用体外循环机时抑制相应报警；
13. ★容量控制模式下最小潮气量： ≤ 10 ml；

14. 吸气压力 P_{insp} : $(\text{PEEP} + 5) - 80 \text{ cmH}_2\text{O}$
15. 压力限制 P_{max} : $(\text{PEEP} + 10) - 80 \text{ cmH}_2\text{O}$
16. 压力支持 ΔP_{supp} : 关, $3 - (60 - \text{PEEP}) \text{ cmH}_2\text{O}$
17. 呼气末正压 PEEP: 关, $2 - 35 \text{ cmH}_2\text{O}$ 。
18. 呼吸频率: $3 - 100 \text{ 次/分}$
19. 吸气时间: $0.2 - 10 \text{ 秒}$
20. 吸呼比: $4:1-1:10$
21. 最大吸气流速: 150 L/min
22. 流量触发 : $0.3 - 15 \text{ L/min}$
23. 压力上升时间 Slope: $0 - 2 \text{ 秒}$
24. 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准: $5 - 80 \%$
25. 一体化集成呼吸回路, 耐 134°C 高温蒸汽灭菌; 一体化回路主动加热系统, 非冷凝水装置或积水引流装置。
26. APL 阀调节范围: 开放, $5 - 70 \text{ cmH}_2\text{O}$;
27. 流量传感器可重复消毒使用;
28. CO_2 吸收罐容量 $\geq 1.4\text{L}$
29. 标准双挥发罐位, 具备挥发罐自动互锁功能;
30. 挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿功能;
31. ★标配一个七氟醚挥发罐;
32. 挥发罐加药量 $\geq 350 \text{ 毫升}$ 。

33. 可选配与麻醉机同品牌地氟醚挥发罐，具备地氟醚补偿功能，地氟醚挥发罐品牌与麻醉机注册证上地氟醚挥发罐品牌、型号相同。
34. ★具备两个显示屏，主屏幕彩色触摸屏 ≥ 15 寸
35. 通气监测参数：分钟通气量、潮气量、呼吸频率、气道压、顺应性、阻力、弹性；
36. 压力： $-20 \sim 99$ cmH₂O；潮气量监测范围： $0 \sim 2500$ mL；顺应性： $0 \sim 200$ mL/cmH₂O；阻力： $0 \sim 100$ cmH₂O/L/s；弹性： $0.005 \sim 10$ mL/cmH₂O。
37. ★内置气体监测功能： O_2 、 N_2O 、 CO_2 及5种麻醉气体吸入和呼出浓度，可侦测混合麻醉气体；
38. ★氧浓度监测采用顺磁氧技术。
39. 报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。
40. 可调节报警限值。

（二）支持升级高端插件式监护仪

1. 插件式监护仪，参数为模块化设计，即插即用；且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽 ≥ 6 个；
2. 主机：宽屏设计 ≥ 15 英寸彩色医用级触摸控制显示器，支持手势操作，显示亮度自动调节。
3. ★基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸 ≥ 5.5 英寸，内置锂电池供电 ≥ 4 小时，无风扇设计。
4. 基本模块监测参数至少包含：ECG、 SpO_2 、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。
5. 配备麻醉深度 BIS、肌松 NMT 模块，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度、肌松单机连接或单独使用，须提供所售监护仪注册证证明具备该功能
6. 麻醉工作站可全面监测病人生命体征，通过连接模块提取麻醉机信息在监护仪上显示操作

麻醉工作站（2）

一、基本配置：

- 1.1 麻醉工作站包含：麻醉机、监护仪、输注泵站及连接模块
- 1.2 麻醉机配置：气动电控呼吸机；电子流量计；七氟烷挥发

罐 1 个;

1.3 监护仪配置: 心电; 血氧; 无创血压; 双有创血压; 双通道体温; 麻醉状态指示;

1.4 输注泵站配置: TCI 靶控功能注射泵 3 台, 输液泵 1 台

二、参数要求:

总体要求:

1. 工作站包含麻醉机、麻醉监护仪、输注泵站等, 其中至少两个产品须为同一品牌。
2. 通过设备集成模块, 把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上, 可显示参数、报警等信息。(提供截图证明)

技术参数:

(一) 麻醉机

1. 适用于成人、小儿、新生儿麻醉手术使用;
2. 主机配备原装锂电池 ≥ 2 块, 使用时间 $\geq 120\text{min}$
3. 具有 RJ45 接口、USB 口、以太网连接功能
4. 机架: 带大工作台侧栏杆, 配置 ≥ 3 个抽屉
5. 标配 ≥ 4 个输出电源接口
6. 具备可调亮度顶光灯
7. 标配氧气、空气气源、笑气气源
8. 快速充氧范围 25 - 75 L/min
9. 具备笑、氧联动保护装置, 停电后保证氧浓度 $\geq 25\%$
10. 电子流量计: 每种气体虚拟高低流量双管显示
11. 具备机械总流量计
12. ★配备挥发罐, 具备压力、流速和温度补偿, 麻醉机与挥发罐同一生产厂家产品(非 OEM, 以产品注册证为准)
13. 回路整体可拆卸, 整体可旋转 $\geq 30^\circ$, 回路部件可耐受 $\geq 130^\circ\text{C}$ 高温高压消毒
14. 非待机状态转动关机旋钮, 主机具备 ≥ 10 秒延迟关机功能
15. 二氧化碳吸收罐, 容积 $\geq 1400\text{ml}$
16. 内置流量传感器 ≥ 1 个
17. 具有回路整体加温功能
18. 具备 CO2 旁路功能, 支持手术过程中更换钠石灰
19. 气动电控呼吸机, 无须氧气作为驱动气体, 全中文操作和显示

20. 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制通气模式、手动通气、电子PEEP
21. 潮气量设置范围：10ml-1500ml
22. 呼吸频率：4-100 次/分钟
23. 吸呼比：4:1 到 1:4
24. 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH₂O
25. 小儿手术无需更换风箱
26. ★≥14 英寸彩色触摸内嵌式控制屏，可同屏显示≥3 通道波形
27. 机器内置插件槽，插件支持热插拔
28. 支持呼末二氧化碳模块
29. ★支持升级麻醉气体监测功能，可识别≥5 种麻醉气体，支持同时监测≥2 种麻醉气体。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC 监测值根据病人的年龄修正
30. 参数包含：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性等。

（二）高端麻醉监护仪参数

1. 插件式监护仪，参数为模块化设计，即插即用；且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽≥3 个；
2. 主机：≥12 英寸触摸控制显示器，显示亮度自动调节。
3. 基本模块监测参数至少包含：ECG、SP0₂、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。
4. 具有≥26 种连续心律失常分析种类算法。
5. 有创动脉压力可监测 PPV 测量并显示，支持颅内压及脑灌注压监测。
6. 支持升级麻醉深度监测（BIS 双频谱指数监测或熵指数）；
7. ★具备麻醉状态指示功能；
8. 麻醉工作站可全面监测病人生命体征，提取麻醉机信息在监护仪上显示；
9. 监护仪通过支臂连接在麻醉机一侧。
10. 免费无缝接入医院信息系统。

（三）输注泵站部分（输液信息采集系统+注射泵+输液泵）

1. 模块化设计，配置≥3 通道注射泵，≥1 通道输液泵
2. 输液信息采集系统以每 2 个通道为基本单位增减，最多可支持≥14 通道，泵即插即用
3. ★输注泵具备 TCI 功能

4. 输液信息采集系统只需一根电源线，可集中供电
5. ★输液泵具备输血功能；
6. 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能
7. 可通过有线网络与监护仪接入信息控制系统

2 包:

麻醉工作站（1）

基本配置:

麻醉机：气动电控呼吸机、压差式流量传感器、后备锂电池、气动电控呼吸机；

监护仪：≥12 英寸彩色触摸控制显示器、≥3 模块插件槽。

输注泵站：输注泵可升级 TCI 功能、输液泵支持输血功能、输注信息支持在监护仪查看。

1、探头名称及数量:

麻醉机 1 台、监护仪 1 台、一拖四输注泵站一套

2、参数要求:

总体要求

1. 麻醉机整机通过 NMPA 认证。
2. 工作站包含麻醉机、麻醉监护仪、输注泵站等，其中至少两个产品须为同一品牌。
3. 通过设备集成模块，把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上，可显示参数、报警等信息。（提供截图证明）

技术参数:

（一）麻醉机

- 1.1 标配锂电池后备电池，后备电池使用时间≥150 分钟
- 1.2 接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能，1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，4 个辅助电源接口等
- 1.3 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配有中央刹车系统，非独立脚轮
- 1.4 适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯。
- 1.5 非待机状态转动关机旋钮，主机具备 10 秒延迟关机功能
- 1.6 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理
2. 气源
- 2.1 标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源
- 2.2 具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓≥25%

2.3 快速充氧范围 25 – 75 L/min。

3. 流量计

★3.1 全电子流量计（可直接设置氧浓度和总流量）：总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min – 18 L/min。O₂ 浓度范围：21% – 100%（空气为平衡气），26% – 100%（笑气为平衡气）

3.2 具备备用流量计

3.3 具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

3.4 可选配备麻药消耗速度显示和总消耗量统计

3.5 具备新鲜气体流量暂停功能

4 挥发罐

4.1 标配双麻醉罐位，可选配第三个麻醉罐位

4.2 标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过 CE 和 FDA 认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非 OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿功能。

4.3 可选配同品牌地氟醚挥发罐，满足临床挥发性麻醉药物使用

5 呼吸回路

5.1 回路整体可徒手拆卸，一体化回路

5.2 回路部件可以耐受 134℃ 高温高压消毒

5.3 二氧化碳吸收罐，容积 ≤ 1500ml，满足临床低微流量麻醉需要

5.4 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

5.5 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体

5.6 标配 CO₂ 旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

6. 呼吸机

6.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

★6.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、和 SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG）、PS 等通气模式

6.3 容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml–1500ml

6.4 吸气压力设置范围：5–70 cmH₂O

6.5 呼吸频率：4–100 次/分钟

6.6 吸呼比：4:1 到 1:6

6.7 电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4–30 cmH₂O

6.8 吸气暂停: OFF, 5%-60%

6.9 呼吸机吸气阀峰值流速: 180 L/min

6.10 上升式风箱, 可以直接观察病人实际呼吸状态

6.11 可选配肺保护工具: 支持两种复张手法——单周期和多周期

7. 数字和波形监测

★7.1 主机内置触摸显示屏, 屏幕尺寸 ≥ 15 英寸, 可同屏显示波形和呼吸环图, 支持显示 P-V, V-F, P-F 三种类型环图

7.2 内置 ≥ 3 槽位插件槽, 可直接热插拔插件, 插件可在同系列监护仪和麻醉机之间通用

7.3 标配: AG 麻醉气体模块

(二) 高端麻醉监护仪参数

1. 插件式监护仪, 参数为模块化设计, 即插即用; 且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽 ≥ 3 个;

2. 主机: 宽屏设计 ≥ 12 英寸彩色医用级触摸控制显示器, 支持手势操作, 显示亮度自动调节。

3. 基本模块监测参数至少包含: ECG、SPO₂、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。

4. 具有 ≥ 26 种连续心律失常分析种类算法。

5. 有创动脉压力可监测 PPV 测量并显示, 至少支持颅内压及脑灌注压监测。

6. 可选配麻醉深度监测 (BIS 双频谱指数监测或熵指数);

7. ★具备麻醉状态指示功能;

8. 麻醉工作站可全面监测病人生命体征, 通过连接模块提取麻醉机信息在监护仪上显示操作;

9. 监护仪通过支臂连接在麻醉机一侧。

10. 免费无缝连接入医院信息系统。

(三) 输注泵站部分 (输液信息采集系统+注射泵+输液泵)

1. 模块化设计, 配置 ≥ 3 通道注射泵, ≥ 1 通道输液泵

2. 输液信息采集系统以每 2 个通道为基本单位增减, 最多可支持 ≥ 14 通道, 泵即插即用

3. ★输注泵具备 TCI 功能

4. 输液信息采集系统只需一根电源线, 可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

5. ★输液泵具备输血功能;

6. 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能, 满足用户的连续输液功能需求

7. 可通过有线网络与主流品牌监护仪接入信息控制系统, 实现监护仪和输注泵信息同屏查看

麻醉机（1）

一、**基本配置：**麻醉机：后备锂电池、输出电源接口、同品牌高品质挥发罐、压差式流量传感器、气动电控呼吸机。

二、**探头名称及数量：**麻醉机2台

三、**参数要求：**

总体要求：

1. 麻醉机整机通过NMPA认证。

技术参数：

（一）麻醉机

1. 至少适用于成人、小儿、新生儿麻醉手术使用；
2. 配备一节后备锂电池，使用时间 $\geq 90\text{min}$
3. 具有RJ45接口、USB口、以太网连接功能
4. ★机架：带大工作台侧栏杆推车，配置 ≥ 3 个抽屉
5. 标配 ≥ 4 个附属输出电源接口
6. 具备可调亮度顶光灯
7. 标配氧气、空气气源，可升级笑气气源
8. 快速充氧范围 25 - 75 L/min
9. 具备笑、氧联动保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于 25%
10. 电子流量计，每种气体虚拟高低流量双管显示
11. 具备机械总流量计
12. ★配备高品质挥发罐，通过CE、FDA认证，具备压力、流速和温度补偿，不接受麻醉机与挥发罐非同一生产厂家的产品（非OEM，以产品注册证为准）
13. 回路整体可徒手拆卸，整体可旋转 $\geq 30^\circ$ ，回路部件可以耐受 134℃高温高压消毒，具备 134℃标识
14. ★非待机状态转动关机旋钮，主机具备 10 秒延迟关机功能
15. 二氧化碳吸收罐，容积 $\geq 1500\text{ml}$
16. 内置双流量传感器，分别在吸入端、呼出端
17. 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体
18. 具备CO₂旁路功能，支持手术过程中更换钠石灰
19. 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

20. 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制通气模式、手动通气、电子 PEEP
21. 配制呼末二氧化碳监测，支持多模式呼吸。
22. 潮气量设置范围：10ml-1500ml
23. 呼吸频率：4-100 次/分钟
24. 吸呼比：4:1 到 1:8
25. 电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH₂O
26. 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，且小儿手术无需更换风箱
27. ≥14 英寸彩色触摸控制屏，内嵌式屏幕，可同屏显示≥3 通道波形
28. 机器内置插件槽，插件支持热插拔及可在同系列监护仪、麻醉机之间通用
29. ★可升级麻醉气体监测功能，可识别 5 种麻醉气体，支持同时监测 2 种麻醉气体，采用顺磁氧监测技术。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC 监测值根据病人的年龄修正
30. 参数至少包含：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性

麻醉工作站(2)

总体要求

1. 工作站包含麻醉机、麻醉监护仪、输注泵站等，其中至少两个产品须为同一品牌。
2. 通过设备集成模块，把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上，可显示参数、报警等信息。（提供截图证明）

技术参数：

（一）麻醉机

- 1.1 标配两节锂电池，后备电池使用时间≥150 分钟
- 1.2 接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能，1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，4 个辅助电源接口等
- 1.3 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配有中央刹车系统，非独立脚轮。
- 1.4 适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯。
- 1.5 非待机状态转动关机旋钮，主机具备 10 秒延迟关机功能。
- 1.6 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理
2. 气源
- 2.1 标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

2.2 具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度 $\geq 25\%$

2.3 快速充氧范围 25 ~ 75 L/min。

3. 流量计

★3.1 全电子流量计（可直接设置氧浓度和总流量）：总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min – 18 L/min。O₂ 浓度范围：21% – 100%（空气为平衡气），26% – 100%（笑气为平衡气）

3.2 具备备用流量计

3.3 具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

3.4 可选配备具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计

3.5 具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作

4 挥发罐

4.1 标配双麻醉罐位，可选配第三个麻醉罐位

4.2 标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿。

4.3 可选配同品牌地氟醚挥发罐，满足临床挥发性麻醉药物使用

5 呼吸回路

5.1 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转

5.2 回路部件可以耐受 134℃ 高温高压消毒

5.3 二氧化碳吸收罐，容积 $\leq 1500\text{ml}$

5.4 内置双流量传感器

5.5 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体

5.6 标配 CO₂ 旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

6. 呼吸机

6.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

★6.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、和 SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG）、PS 等通气模式

6.3 容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml–1500ml

6.4 吸气压力设置范围：5–70 cmH₂O

6.5 呼吸频率：4–100 次/分钟

6.6 吸呼比：4:1 到 1:6

6.7 电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4–30 cmH₂O

6.8 吸气暂停: OFF, 5%-60%

6.9 呼吸机吸气阀峰值流速: 180 L/min

6.10 上升式风箱, 可以直接观察病人实际呼吸状态, 保证安全

6.11 可选配肺保护工具: 支持两种复张手法——单周期和多周期

7. 数字和波形监测

★7.1 主机内置电容触摸显示屏, 屏幕尺寸 ≥ 15 英寸, 可同屏显示波形和呼吸环图, 支持显示P-V, V-F, P-F 三种类型环图

7.2 内置 ≥ 3 槽位插件槽, 可直接热插拔插件, 插件可在同系列监护仪和麻醉机之间通用

7.3 标配: AG 麻醉气体模块; 可配备插件: BIS (BISx4) 监测、EtCO₂, 可单独选配 EtCO₂ 插件, 以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。

(二) 高端麻醉监护仪参数

1. 插件式监护仪, 参数为模块化设计, 即插即用; 且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽 ≥ 3 个;

2. 主机: 宽屏设计 ≥ 12 英寸彩色医用级触摸控制显示器, 支持手势操作, 显示亮度自动调节。

3. 基本模块监测参数至少包含: ECG、SPO₂、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。

4. 具有 ≥ 26 种连续心律失常分析种类算法。

5. 有创动脉压力可监测 PPV 测量并显示, 至少支持颅内压及脑灌注压监测。

6. 选配麻醉深度监测 (BIS 双频谱指数监测或 η 指数);

7. ★具备麻醉状态指示功能;

8. 麻醉工作站可全面监测病人生命体征, 通过连接模块提取麻醉机信息在监护仪上显示操作;

9. 监护仪通过支臂连接在麻醉机一侧。

10. 免费无缝连接入医院信息系统。

(三) 输注泵站部分 (输液信息采集系统+注射泵+输液泵)

1. 模块化设计, 配置 ≥ 3 通道注射泵, ≥ 1 通道输液泵

2. 输液信息采集系统可支持 ≥ 14 通道, 泵即插即用

3. ★输注泵具备 TCI 功能

4. 输液信息采集系统只需一根电源线, 可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

5. ★输液泵具备输血功能;

6. 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能, 满足用户的连续输液功能需求

7. 可通过有线网络与主流品牌监护仪接入信息控制系统, 实现监护仪和输注泵信息同屏查看

麻醉机 (2)

一、**基本配置:** 麻醉机: 后备锂电池、输出电源接口、挥发罐、压差式流量传感器、气动电控呼吸机。

二、参数要求:

技术参数:

1. 至少适用于成人、小儿、新生儿麻醉手术使用;
2. 配备一节后备锂电池, 使用时间 $\geq 90\text{min}$
3. 具有RJ45 接口、USB 口、以太网连接功能
4. 机架: 带大工作台侧栏杆推车, 配置 ≥ 3 个抽屉
5. 标配 ≥ 4 个附属输出电源接口
6. 具备可调亮度顶光灯
7. 标配氧气、空气气源, 可升级笑气气源
8. 快速充氧范围 25 - 75 L/min
9. 具备机械的笑、氧联动保护装置, 不受停电影响, 保证任何流量下氧浓度 $\geq 25\%$
10. 电子流量计, 每种气体虚拟高低流量双管显示
11. 具备机械总流量计
12. 配备挥发罐, 具备压力、流速和温度补偿功能,
13. 回路整体可徒手拆卸, 整体可旋转 $\geq 30^\circ$, 回路部件可以耐受 134℃高温高压消毒,
14. 主机具备 10 秒延迟关机功能
15. 二氧化碳吸收罐, 容积 $\geq 1500\text{ml}$
16. 内置双流量传感器
17. 具有回路整体加温功能,
18. 具备 CO2 旁路功能, 支持手术过程中更换钠石灰
19. 气动电控呼吸机, 全中文操作和显示
20. 提供辅助/控制通气, 标配通气模式: 容量控制压力限制模式、压力控制通气模式、手动通气、电子 PEEP
21. 配制呼末二氧化碳监测, 支持多模式呼吸。
22. 潮气量设置范围: 10ml-1500ml
23. 呼吸频率: 5-100 次/分钟
24. 吸呼比: 4:1 到 1:8
25. 电子 PEEP, 显示屏设置, 范围: OFF, 5 到 30 cmH₂O

26. 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，且小儿手术无需更换风箱
27. ≥ 14 英寸彩色触摸控制屏，内嵌式屏幕，可同屏显示 ≥ 3 通道波形
28. 参数至少包含：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性

麻醉机 (3)

1. 适用于成人、小儿、新生儿麻醉手术;
2. 配备后备锂电池，饱和状态使用时间 $\geq 90\text{min}$;
3. 机架含大工作台推车，配置抽屉 ≥ 3 个;
4. 标配附属输出电源接口 ≥ 4 个;
5. 标配氧气、空气气源各 1 个，可升级笑气气源;
6. 快速充氧范围：25-75L/min;
7. 具备机械的笑、氧联动保护装置，不受停电影响;
8. 具备电子流量计，每种气体虚拟高低流量双管显示;
9. 具备电子/机械总流量计;
10. ★配备与整机同一品牌挥发罐，挥发罐具备压力、流速和温度补偿;
11. 回路整体可徒手拆卸，整体可旋转 $\geq 30^\circ$ ，回路部件可以耐受 134℃高温高压消毒，具备 134℃标识；（提供证明材料）
12. ★非待机状态操作关机旋钮，主机具备延迟关机功能;
13. 二氧化碳吸收罐容积 $\geq 1500\text{ml}$;
14. 内置双流量传感器;
15. 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响并向病人提供温暖气体;
16. 具备 CO₂ 旁路功能，支持手术过程中更换钠石灰;
17. 具备气动电控呼吸机，全中文操作和显示;
18. ★提供辅助/控制通气，标配通气模式：含容量控制压力限制模式、压力控制通气模式、手动通气、电子 PEEP;
19. 潮气量设置范围：10ml-1500ml;
20. 呼吸频率：4-100 次/分钟;
21. 吸呼比：4:1-1:8;
22. 电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，5 到 30 cmH₂O;
23. 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，且小儿手术无需更换风箱;

- 24. 彩色触摸控制屏 ≥ 14 英寸，可同屏显示 ≥ 3 通道波形;
- 25. 支持升级呼末二氧化碳模块，麻醉气体监测模块;
- 26. 参数至少包含: 呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压(峰压、平台压、平均压、PEEP)、气道阻力、顺应性;

3 包:

麻醉机

一、概况:

- 1、适用于成人、儿童、新生儿
- 2、麻醉机使用年限 ≥ 8 年。
- 3、电源安全: 110-240V。
- 4、内置后备铅酸电池。保证麻醉机和手术安全。
- 5、麻醉安全: 在中央气源和钢瓶供气故障中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续工作，保证病人安全。
- 6、驱动方式: 电动电控式呼吸机或气动电控非风箱式呼吸机。

二、配置

- 1. 基本配置: 集成的吸入麻醉机，一体化的呼吸机和气道监测以及扩展的监测功能，最小潮气量 $\leq 20\text{ml}$ ，适合低体重患儿麻醉。
- 2. 具有手动、自主、容控、压控模式，手动模式设置压力限制。具有待机模式。有空气气源接口。挥发罐双罐位，配置同品牌挥发罐。
- 3. 二氧化碳吸收罐容量大于 1L。
- 4. 有呼末 CO_2 监测探头，气道压力传感器、流量传感器等。
- 5. 有可使用超过 1 小时的内置蓄电池。
- 6. 参数要求:
 - 6.1 监护和呼吸界面，通气模式及各参数数值清晰、便于操作。
 - 6.2 报警系统完善，并可调节高低报警阈值。
 - 6.3 标配压力波形显示功能。
 - 6.4 监测吸入氧浓度、平均气道压力、潮气量、呼吸频率，分钟通气量、呼末 CO_2 、PEEP 等，所有监测参数可全部显示在用户界面。
 - 6.5 容量模式下: 最小潮气量 $\leq 20\text{ml}$

6.6 分钟通气量: 0-99.9L/min

6.7 气道压力 0-99cmH₂O

6.8 呼气末正压 PEEP: 2-20cmH₂O 范围内可任意设置

6.9 呼吸频率 4-99 次/分

6.10 吸入氧浓度 10-100%

6.11 I:E: 1:4—4:1

7. 有气道压力、潮气量、分钟通气量、窒息报警, 报警参数上下限可调节。

8. 其他特殊需求: 有备用易损配件, 故障率低, 保修期长。

9. 配置要求

1) 非压差式流量传感器: 5 个/台麻醉机

2) 七氟醚挥发罐 (与麻醉机同品牌): 1 套/台麻醉机

3) 成人呼吸管路: 1 套/台麻醉机

4) 可伸缩麻醉回路: 25 套/台麻醉机

5) 重复性皮囊: 1 个/台麻醉机

第四章 合 同(样本)

(货物类)

政府采购合同

项目名称: _____

政府采购管理部门备案编号: _____

招标采购文件编号: _____

甲方合同编号: _____

甲方: _____

乙方: _____

甲方合同法律审核部门: _____

签订时间: 年 月 日

(甲方)_____委托_____ (代理机构名称)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

1. ****号招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. ****中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和专用工具等(详见《供货明细项目一览表》)。

第三条 合同总金额

大写: _____。

本合同项下货物总金额: ¥ _____ 元。

分项价款在《供货明细项目一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、屏蔽及装修、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期内保修。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。具体如下：自筹资金：合同签订后货到安装验收合格后付合同总价款的___%，半年后付合同总价款的___%，验收合格一年后付合同总价款的___%（无息）。财政资金：合同签订后货到安装验收合格后付合同总价款的___%。

第六条 交货和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件的依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》，具体可见附件《货物项目验收明细一览表》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后进行

运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》，具体可见附件《货物类项目验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同, 并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务, 以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名: _____; 联系电话: _____。

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起_____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的, 执行国家规定。

2. 在货物质保期内, 乙方应对由于设计、工艺、质量(含环保节能要求)、材料和其它的缺陷而发生的任何不足或故障负责, 并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换, 调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后, 乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作, 并提供全天候的热线技术支持服务, 应当对甲方所反映的任何问题在____分钟之内做出及时响应, 在小时之内赶到现场实地解决问题。质保期内, 乙方不能及时响应或者拒绝响应, 甲方有权自行组织人员维修, 由此产生的后果和费用有乙方承担。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系, 确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的, 由乙方按照本合同第十一条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内, 乙方对货物(人为故意损坏除外)提供全免费保修或免费更换; 质保期后, 收取维修成本费乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外, 乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价_%的违约金。
2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_%的违约金。
3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
6. 本合同生效后，甲乙双方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而产生的合理费用，包括但不限于律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等。”

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担违约赔偿责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

①向甲方所在人民法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

1. 本合同全部附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同主文具有同等法律效力。本合同附件包括：1. 供货明细项目一览表；2. 货物类项目验收报告；3. 货物项目验收明细一览表；

2. 乙方对于在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密，未经对方书面同意不得向第三方泄露。否则，由此产生的责任由乙方承担，造成甲方损失的，由乙方予以赔。保密期限为永久保密。

3. 符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份。

甲方：

名称：（盖章）

地址：

乙方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

时 间： 年 月 日

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行（基本账户）：

银行帐号（基本账户）：

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计量单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	产地生产 厂商名称
		(视明细项目加行)					
		备品备件					
		易损件					
		专用工具价					
		安装调试费					
		运输至最终目的运费及保险费等					
		技术服务费（含培训等）费					
		其他					
大写:					合同价:	元	

附件

货物项目验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	金额(元)	产地生产厂商名称	投标人提交	采购单位确认	存在问题
		(视明细项目增减)							
		备品备件							
		易损件							
		专用工具价							
		安装调试费							
		运输至最终目的运费及保险费等							
		技术服务费(含培训等)费							
		其他							

第五章 资格审查与评审办法

1、评审方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交投标人，但最后报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 招标人委托评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标文件。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标文件：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通，其投标文件无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标文件：

(1) 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

3.4.2 评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和中标候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评审报价的说明

4.1.1 价格扣除

投标人所投货物由小微企业制造的，对其报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。投标人或生产商为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为投标人所承担的工程的价格给予10%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位承担的工程的价格给予10%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位承担工程的价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除

注：投标报价、价格扣除均依据投标文件中的报价数据。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
资格审查标准	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合投标人须知前附表的规定
	营业执照或其他证明材料	符合投标人须知前附表的规定
	资质要求	符合投标人须知前附表的规定
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	符合投标人须知前附表的规定
	洛阳市政府采购供应商信用承诺函	符合投标文件格式
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照（如有）一致
	投标文件签字盖章	符合招标文件要求
	投标报价	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价（含单价），并按规定填报开标一览表、报价明细表
	投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
	分包	符合投标人须知前附表的规定
	备选投标方案	除招标文件明确允许提交的备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	实质性要求和条件	符合投标人须知前附表的规定
	联合体投标	符合投标人须知前附表的规定

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		30.0	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 评标报价）×30 投标人所投货物由小微企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
技术标评分参数	0.0	45.0	技术参数	投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得45分，加★项技术参数每有一项不满足在45分基础上扣3分。其余技术参数每有一项不满足扣1分，最多扣25分。注：（1）加★项须提供技术参数证明支撑材料，证明材料须为：具有官方备案编号的产

				品注册证及附件、说明书、检验报告、官方彩页等（注：参数中有明确要求的按要求提供证明材料）。（2）投标人应保证其资料的真实性、有效性，一经发现虚假资料，招标人有权取消其中标资格，由此产生的损失，由供应商承担。（3）投标人在投标文件中《技术要求响应与偏差表》的偏差说明处如实填写“符合”或“负偏离”，并清晰标注所在页码。若在提供的证明文件中并未找到该条款“符合”的依据或模糊不清无法判断，此条款将按负偏离进行打分。（4）证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。
	0.0	5.0	设备性能	根据招标文件技术要求和投标技术响应情况，对投标人拟提供设备的功能配置和关键部位配置的先进性、安全稳定性、操作便利性等进行综合评估，满足采购要求 5 分；基本满足得 3 分；一般满足得 1 分。
	0.0	4.0	备品、备件供给情况	以招标文件备品备件基本要求为参考进行评审打分。根据各投标人提供质保期内、外备品备件清单及报价折扣率情况综合打分，供应最齐全、价格最合理得 4 分，供应较齐全且价格较合理的得 2 分，否则不得分。

综合标评分参数	0.0	3.0	安装调试方案	安装调试的方案（安装调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备）内容详实具体、安装调试充分且高效、人数充足，实施保障措施可靠，满足项目实施得3分；有较具体的安装调试方案，内容较详实，基本满足项目需求得2分；方案欠完备，内容一般，基本满足需求得1分；否则不得分。
	0.0	3.0	售后服务技术方案	质保期内的承诺、设备出现故障和缺陷后的解决方案和响应时间；质保期满后的相关服务内容、标准及承诺： ①内容完整、准确、详实、计划承诺全面合理、符合本项目特点、针对性强的得3分；②内容完整、清晰、详实、承诺合理得当的得2分；③内容基本完整、承诺基本合理得当的得1分；没有的不得分。
	0.0	2.0	应急方案	设备在遇到紧急情况的应急方案（合理性、完善性及快速响应等）内容全面、切实可行、服务明晰的得2分；内容较全面、基本可行、针对性一般的得1分；未针对本项目描述的得0分。
业绩信誉	0.0	2.0	质保期	在满足本项目质保期要求的前提下，投标单位每延长一年质保期得1分，最多得2分。

	0.0	6.0	项目业绩	供应商提供2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）所投核心产品同品牌同型号产品的业绩证明材料的，有1个得2分，最多6分。注：投标文件中须附合同、中标通知书和中标公示网络截图（含网址）的复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。（该业绩可为供应商的或该产品的生产厂家、产品其他代理商的业绩）。
--	-----	-----	------	---

第七章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

附件1:投标函

投标函

致：_____

根据贵方招标编号为_____的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（招标编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件4:资格证明材料

资格证明材料

须 知

1、投标人应按要求提供下列的证明材料

附件1：法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件2：符合特定资格（要求）条件证明材料扫描件或者情况说明

附件3：洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

2、投标人以联合体形式参与投标的，除应提交联合协议外，联合体的各方均应提交上述资格证明材料。

附件1： 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按要求提供。

- (1) 投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的扫描件；
- (2) 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书扫描件；
- (3) 投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照扫描件；
- (4) 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明扫描件。

附件2： 符合特定资格（要求）条件证明材料扫描件或者情况说明

符合特定资格（要求）条件证明材料扫描件或者情况说明

注：按招标文件第二章第1.4.1项要求提供。

附件3：洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

致_____（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（企业电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：

日期：_____年_____月_____日

注：1. 投标人须在投标文件中提供此承诺函（内容不得修改），未提供的视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件5:开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	
交货期	
质保期	
付款方式	
投标有效期	

附件6:报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
投标报价人民币小写： 投标报价人民币大写：							

投标人（企业电子章）：

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件6-1:中小微企业声明函

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3、投标人应按招标货物清单中所列标的名称逐列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明，但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。未按要求填写的将不予认可。

附件6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

附件6-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在投标文件中附扫描件

附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件 技术要求 技术参数	投标产品			偏差描述	结论	加★ 项证 明材 料所 在页 码
			制造商 名称	品牌 规格 型号	产品实际技术参数			

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，可能承担响应无效的后果。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，可能承担响应无效的后果。
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务条款	招标文件商务要求内容	投标人响应具体内容	偏差说明
1	交货期			
2	交货地点			
3	付款方式			
4	质保期及售后服务			
...				
...				

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，可能承担响应无效的后果。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，可能承担响应无效的后果。
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件9:实质性技术要求的支持资料

注：在投标文件中附扫描件

附件 10: 项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：
<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>。

附件 11:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 12: 参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 12-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件

附件 13:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 13-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 14:其他材料